Anses à filet - ROTH NET®

➢ **INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

Dénomination commerciale : Anses à filet – ROTH NET®

Référence	Désignation	Filet	Cathéter		Diamètre du canal opérateur	Photo
		Largeur x Hauteur	Diamètre	Longueur		
US/00715150 NON STERILE	**Anse à filet platinium polyp**	4 x 5,5 cm	3 mm	230 cm	3.2 mm	
	Récupération de polypes et de corps étrangers. Idéale dans le cas de plusieurs polypes. Son filet particulièrement transparent facilite le contrôle visuel. L'ouverture en ressort et la grande taille du filet permettent de saisir des pièces de gros volume et de forme irrégulière.					
US/00715050 NON STERILE	**Anse à filet platinium universal**	4 x 5,5 cm	2,5 mm	230 cm	2,8 mm	
	Extraction en urgence de l'impaction alimentaire en endoscopie digestive haute. Sa forme octogonale présente une ouverture en ressort, facilite l'ouverture du filet, offre une large capacité et assure une forte robustesse.					
US/00711155 NON STERILE	**Anse à filet Food Bolus**	4 x 5,5 cm	2,5 mm	160 cm	2,8 mm	
	Extraction en urgence de l'impaction alimentaire en endoscopie digestive haute. Son design et son ouverture type ressort augmentent la contenance du filet pour le retrait de pièces présentant un gros volume.					
US/00711050 NON STERILE	**Anse à filet standard**	3 x 6 cm	2,5 mm	230 cm	2,8 mm	
	Récupération de polypes et de corps étrangers de forme ronde et émoussée.					
US/00711057 NON STERILE	**Anse à filet pédiatrique & pulmonaire**	2 x 4,5 cm	1,8 mm	160 cm	2,0 mm	
	Récupération de polypes et de corps étrangers en endoscopie digestive ou respiratoire. Convient pour les enfants.					
US/00711165 STERILE EO	**Anse à filet MAXI**	4 x 8 cm	3 mm	230 cm	3,2 mm	NOUVEAU
	Idéale pour le retrait de gros corps étrangers, comme par exemple des piles ou « EMR specimens », trop grands pour les autres accessoires de préhension.					
US/00711091	**Anse à filet Roth net Polyp retriever** NON STERILE	3 x 6 cm	2,5 mm	230 cm	2,8 mm	x 2
	Anse à polypectomie diathermique, rotative STERILE EO	3 x 6 cm	2,5 mm	230 cm	2,8 mm	
	Polyp Pack : Un ensemble de 2 dispositifs pour l'ablation et le retrait des polypes. Emballage individuel pour chaque anse.					
US/00711152 NON STERILE	**Anse à filet entéroscopique**	3 x 6 cm	2,5 mm	350 cm	2,8 mm	
	Récupération ou excision de polypes et de corps étrangers. Le design de cette anse assure confort et sécurité durant la procédure.					

Dispositifs médicaux de classe I, I stérile (US/00711165) ou IIb (US/00711091) - Fabriqué par US Endoscopy (USA) - Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086 - Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice - Dispositifs non remboursés par les assurances maladies

➢ **DISTRIBUTEUR**

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél. . : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

Données de commande :

Unité de commande — Quantité minimale de livraison (QML) : 5 pour l'endoscopie
Emballage individuel : Sachet
Conditionnement : Boite carton

Présence de :

Latex : ❑Oui ☑Non
Produit d'origine animale : ❑Oui ☑Non
PVC : ❑Oui ☑Non
Phtalate et DEHP : ❑Oui ☑Non

Stérilité :

Mode de stérilisation :
US/00711165 et Anse à polypectomie diathermique rotative : Stérile EO
Autres références : Non stérile

Nombre d'utilisations : Usage Unique

Conservation :

Conditions de conservation: Température ambiante contrôlée
Durée de péremption : 3 ans

Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant :

Fabricant : US Endoscopy
Pays : Etats-Unis

Certifications :

Norme qualité — Certification ISO 13 485
Norme biocompatibilité — Testé pour répondre à l'ISO 10993-1 standard

Marquage CE :

Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086
Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe II
US/00711165 : Dispositif médical de classe I, selon la règle 5 - stérile
US/00711091 Dispositif médical de classe IIb, selon la règle 9 - stérile

Autres références : Marquage CE en autocertification
Produit de classe I, selon la règle 5 - stérile